

广东省政府采购

公开招标文件

采购计划编号：**440982-2024-00239**

采购项目编号：**GDDHZB20240001**

项目名称：化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准

采购人：化州市那务卫生院

采购代理机构：广东达禾工程管理有限公司

第一章 投标邀请

广东达禾工程管理有限公司受化州市那务卫生院的委托，采用公开招标方式组织采购化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准

采购计划编号：440982-2024-00239

采购项目编号：GDDHZB20240001

采购方式：公开招标

预算金额：2,481,716.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准)：

采购包预算金额：2,481,716.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	运动康复设备	深层肌肉按摩器	1.00(台)	详见第二章	69,800.00	否
1-2	运动康复设备	熏蒸治疗机	2.00(台)	详见第二章	99,600.00	否
1-3	运动康复设备	红外光灸疗机	2.00(台)	详见第二章	135,600.00	否
1-4	运动康复设备	低周波治疗仪	1.00(台)	详见第二章	148,000.00	否
1-5	运动康复设备	电脑中频治疗	1.00(台)	详见第二章	13,800.00	否
1-6	运动康复设备	立体动态干扰电治疗仪	1.00(台)	详见第二章	35,800.00	否
1-7	运动康复设备	体外冲击波（特色治疗室）	1.00(台)	详见第二章	398,000.00	否
1-8	运动康复设备	激光低频交变磁场治疗机（特色治疗室）	1.00(台)	详见第二章	678,000.00	否
1-9	运动康复设备	智能疼痛治疗仪	1.00(台)	详见第二章	69,800.00	否
1-10	运动康复设备	极超短波治疗机	1.00(台)	详见第二章	198,000.00	否

1-1 1	运动康复设备	经皮神经电刺激仪	1.00(台)	详见第二章	89,800.00	否
1-1 2	运动康复设备	神经肌肉低频电刺激仪	1.00(台)	详见第二章	89,800.00	否
1-1 3	运动康复设备	低频脉冲痉挛肌治疗仪	1.00(台)	详见第二章	89,800.00	否
1-1 4	运动康复设备	四肢联动+情景互动	1.00(台)	详见第二章	268,000.00	否
1-1 5	运动康复设备	康复床	1.00(张)	详见第二章	75,600.00	否
1-1 6	运动康复设备	医疗诊疗床	2.00(张)	详见第二章	4,376.00	否
1-1 7	运动康复设备	医用诊疗椅	4.00(张)	详见第二章	3,960.00	否
1-1 8	运动康复设备	OT综合训练平台	1.00(台)	详见第二章	12,000.00	否
1-1 9	运动康复设备	手功能组合训练箱	1.00(台)	详见第二章	1,980.00	否

本采购包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同生效之日起至合同全部权利义务履行完毕之日止。

二.投标人的资格要求

1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）。

4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准）：

1) 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严

重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)投标人如供应商为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供《医疗器械生产许可证》；如供应商为代理经销商，所投产品为第二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或承诺在合同签订前取得第二类医疗器械经营备案凭证的承诺函；如供应商为代理经销商，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》。（提供证书复印件或承诺函原件等证明材料）

4)本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：化州市那务卫生院

地址：化州市那务镇那务圩健康路1号

联系方式：0668-7572102

2.采购代理机构信息

名称：广东达禾工程管理有限公司

地址：广东省茂名市市本级茂名市光华南路118号（威威商业步行街润威商厦）602房

联系方式：2998639

3.项目联系方式

项目联系人：詹丰亦

电话：2998639

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

采购代理机构：广东达禾工程管理有限公司

第二章 采购需求

一、项目概况：

序号	产品名称	备注	数量
1	深层肌肉按摩器		1台
2	熏蒸治疗机		2台
3	红外光灸疗机		2台
4	低周波治疗仪		1台
5	电脑中频治疗		1台
6	立体动态干扰电治疗仪		1台
7	体外冲击波	(用于特色治疗室)	1台
8	激光磁场理疗仪	(用于特色治疗室)	1台
9	智能疼痛治疗仪		1台
10	极超短波治疗机		1台
11	经皮神经电刺激仪		1台
12	神经肌肉低频电刺激仪		1台
13	低频脉冲痉挛肌治疗仪		1台
14	四肢联动+情景互动		1台
15	直立床		1张
16	PT床		2张
17	PT凳		4张
18	OT综合训练平台		1台
19	手功能组合训练器		1台

详细技术规范请参阅招标文件中的用户需求书。投标人必须对本项目内全部内容进行投标报价，如有缺漏，或投标报价超出最高限价，将导致投标无效。

采购包1（化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90个日历日内完成交货、安装调试及验收。
标的提供的地点	采购人指定地点。
付款方式	1期：支付比例100%,签订合同，验收正常运营后每月支付6%的合同款，至18个月后付清合同款。
验收要求	1期：1.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。2.出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追查查阅。所有随设备的附件必须齐全。3.应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。4.安装验收过程中发现货物不符合合同要求的，采购人有权将货物退回中标人处理，再重新送货。5.采购人验收小组在仪器安装使用一个月后按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参数性质	编号	内容明细	内容说明
	1	报价要求	1.本项目以人民币进行报价，投标报价应包括：货物及零配件的购置、运输装卸、人工、安装（含安装所需材料）、调试、保险、质保期售后服务、技术培训费（包括技术资料的提供等）、各项税费及完成本项目内容所需的一切费用。2.应当对安装现场和周围环境进行自行勘察，以获得由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映；若因本项目实施中可能出现其它未知因素和招标文件无法体现的内容而产生费用，该费用由投标人承担。
	2	设备要求	1.将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。2.货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，投标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。
	3	交货要求	1.货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。要求使用国际通用的标准包装，适合于长途运输，外包装到货时完好无损。2.设备到现场后，采购人只提供设备库存场所，中标人做好防盗措施和风雨保护措施，设备的日常保管自行负责。到货验收，若发现任何损坏及质量问题，中标人负责更换零件，并妥善处理至采购人满意，此工作所发生的费用应由自行承担。开箱后，应对其全部产品、零件、配件、资料等造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决，如影响安装则按合同有关条款处理，登记册作为验收文档之一。

4	保险要求	供货、运输、装卸、调试及验收等过程中的一切安全及保险等事项由中标人自行负责。
5	免费维护期及售后服务要求	1.免费维护期不少于一年（从采购人验收合格后开始计），免费维护期内实行包修、包换、包退、包维护保养，更换同种品牌不低于原规格型号的新部件和软件升级，不再向采购人收取任何费用，期满后可同时提供终身维修保养服务,免费维护期内须提供周期上门免费服务。 2.免费维护期内，自验收合格并交付采购人使用之日起3个月内因非人为因素出现仪器重大故障中标人需无条件更换新机；如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则免费维护期和免费维修期相应顺延；如停用时间累计超过60天则免费维护期重新计算。 3.免费维护期内，提供7×24小时热线电话提供技术支持，免费提供电话技术指导和咨询服务。收到采购人的服务通知，在接报后1小时内响应，12小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，免费提供设备予采购人临时使用，保证设备正常运转率大于95%工作日。 4.免费维护期内如货物同一故障经中标人3次维修后仍不能达到使用标准的，采购人有权退货，并视作中标人不能交付货物而须支付违约赔偿金，采购人还可依法追究中标人的违约责任。任何时候，不能免除因设备本身的缺陷所应负的责任，有义务对所提供的货物实行终生维护和对设备进行定期的检测和维修。 5.在保修期内，有可随时上门进行维修及检测的工程师，提供设备扩容、升级方面的技术支持服务。 6.将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
6	培训要求	1.在设备安装和调试完成后，应在采购人指定地点提供现场技术培训，提供专业技术人员对采购人科室使用设备人员和相关管理人员进行培训，保证使用人员熟练掌握设备的各种功能操作技术为止。 2.若遇设备升级更新，及时提供更新操作指导。 3.培训包括本招标文件中所有设备的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件、管理软件等。 4.其它原厂增值培训。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。	

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		运动康复设备	深层肌肉按摩器	台	1.00	69,800.00	69,800.00	工业	详见附表一
2		运动康复设备	熏蒸治疗机	台	2.00	49,800.00	99,600.00	工业	详见附表二
3		运动康复设备	红外光灸疗机	台	2.00	67,800.00	135,600.00	工业	详见附表三
4		运动康复设备	低周波治疗仪	台	1.00	148,000.00	148,000.00	工业	详见附表四

5		运动康 复设备	电脑中频治疗	台	1. 0 0	13,800.00	13,800.00	工业	详见附表 五
6		运动康 复设备	立体动态干扰电治疗仪	台	1. 0 0	35,800.00	35,800.00	工业	详见附表 六
7		运动康 复设备	体外冲击波（特色治疗室 ）	台	1. 0 0	398,000.00	398,000.00	工业	详见附表 七
8	△	运动康 复设备	激光低频交变磁场治疗机 （特色治疗室）	台	1. 0 0	678,000.00	678,000.00	工业	详见附表 八
9		运动康 复设备	智能疼痛治疗仪	台	1. 0 0	69,800.00	69,800.00	工业	详见附表 九
1 0		运动康 复设备	极超短波治疗机	台	1. 0 0	198,000.00	198,000.00	工业	详见附表 一十
1 1		运动康 复设备	经皮神经电刺激仪	台	1. 0 0	89,800.00	89,800.00	工业	详见附表 一十一
1 2		运动康 复设备	神经肌肉低频电刺激仪	台	1. 0 0	89,800.00	89,800.00	工业	详见附表 一十二
1 3		运动康 复设备	低频脉冲痉挛肌治疗仪	台	1. 0 0	89,800.00	89,800.00	工业	详见附表 一十三
1 4		运动康 复设备	四肢联动+情景互动	台	1. 0 0	268,000.00	268,000.00	工业	详见附表 一十四
1 5		运动康 复设备	康复床	张	1. 0 0	75,600.00	75,600.00	工业	详见附表 一十五
1 6		运动康 复设备	医疗诊疗床	张	2. 0 0	2,188.00	4,376.00	工业	详见附表 一十六
1 7		运动康 复设备	医用诊疗椅	张	4. 0 0	990.00	3,960.00	工业	详见附表 一十七

18		运动康复设备	OT综合训练平台	台	1.00	12,000.00	12,000.00	工业	详见附表一十八
19		运动康复设备	手功能组合训练箱	台	1.00	1,980.00	1,980.00	工业	详见附表一十九

附表一：深层肌肉按摩器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	深层肌肉刺激仪由电机产生机械动力，通过偏心轮传动，带动连杆往复运动，连杆带动按摩头产生振动和击打，利用人体对机械力的传导，作用于人体深层肌肉组织，刺激患者本体感觉功能。其治疗强度主要由电机转速决定，电机转速提高，治疗强度增大，反之则强度减小。以单片机为核心控制器件，通过控制电机转速，调节按摩头振动频率。
	2	技术参数 1、显示方式：液晶触控显示屏。实时显示当前转速、电量，方便医生了解治疗强度及剩余电量。
	3	2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，
	4	a、24V，允差±10%，
	5	b、电池容量：2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%；
▲	6	▲3、振动幅度≥6mm。
▲	7	▲4、转速：400-4500rpm可调，当前设定值允差±5%，点动按键（“+”“-”），电机速度步进100；长按按键（“+”“-”），电机速度步进10；最高振动频率：75Hz。
	8	5、工作时间：10min自动断电，允差±5%。
	9	6、主机尺寸：（长宽高150mm×61mm×328mm，允差：±20mm）
	10	7、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。
▲	11	▲8、按摩头：≥25种按摩头。
	12	9、最大振幅可达到12mm。
	13	10、续航时间≥3小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。
	14	11、共411个档位可调，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。
	15	12、振动频率越高，可供医生选择的治疗范围越广。
	16	13、25种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。
	17	14、配置两个配重条（0.8kg、1.0kg），为存在深层肌肉疼痛和大肌群的松懈治疗提供配重，减轻医生体能消耗，降低医生工作量。
	18	15、治疗手柄更长，满足医生不同作业习惯，手柄配有专用橡胶防滑皮套，为医生操作带来便利。
	19	16、采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。
	20	适应症（不限于以下适用症）
	21	主要适用于对患者肌肉刺激，按摩，以减轻和消除患者症状。适用于颈椎病（神经根型）、肩关节周围炎、慢性软组织损伤引起的疼痛和关节活动受限的辅助治疗。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表二：熏蒸治疗机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术参数
	2	1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。
	3	2、额定输入功率：2300W。
	4	3、微电脑控制操作系统，≥7寸液晶触摸屏。
	5	4、外形尺寸：长780mm，宽640mm，高1250mm，允差±10%
	6	5、操作台离地面高度：960mm，允差±5mm。
	7	6、预加热时间：≤15min(水量适中1.8L)。
	8	7、工作温度功率设定范围：根据加热功率单区分550W~1050W，1-6档可调。
	9	8、具有三维立体喷头旋转方向：喷头水平旋转角度360°，喷头上下旋转角度110°，喷杆横向调节角度110°。
	10	9、治疗时间控制：可在1~99min内设定，允差±30s；治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。
	11	10、设置预热温度，70-99℃可调
	12	11、运行模式：连续运行
	13	12、单锅加液量为3L。
▲	14	▲13、自动控制废液的排放，同时治疗两个病人，蒸汽量和温度都可以保证，不容易堵塞，不喷水。
	15	14、具有自动漏电保护、自动防干烧功能。
▲	16	▲15、红外测温技术，在熏蒸过程中实时监测皮肤表面温度，防止烫伤。
▲	17	▲16、双锅双控双喷头的，双路独立控制，可以同时治疗两个病人。
	18	17、三通道散热系统，保证设备安全稳定。
	19	18、加热锅双重温控保护，防止干烧设计。
▲	20	▲19、加热锅五重安全保护装置：报警阀、旋转锁盖钮、泄压窗、双卡钳、防堵过滤罩。
▲	21	▲20、压力值泄压三段调节：（50kPa、80kPa、泄压），第二路120kPa安全阀保护。
	22	21、耐高温熏蒸罩，采用旋转扣紧的方式，保证熏蒸安全距离。
	23	22、吸水绑带设计，防止喷头滴水
	24	23、采用304材质的50目滤气装置，防止堵塞。
	25	24、隐藏式的加热，方便清理蒸汽发生器。
	26	25、配有专门的蒸汽凝结水回收盒。
▲	27	▲26、具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表三：红外光灸疗机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	红外光灸疗机采用微电脑控制, 利用红外线的热效应和艾灸作用照射于患处, 使组织温度升高, 毛细血管扩张, 血流加快, 增加细胞的新陈代谢, 促进细胞合成, 增加细胞的吞噬功能, 消除肿胀, 促进炎症消散, 达到镇痛的作用。
	3	二、技术参数
	4	1、安全类型: I类, B型;
	5	2、电源: AC220V 频率: 50Hz;
	6	3、额定输入功率: 1500VA;
	7	4、主机外形尺寸: 长455mm, 宽405mm, 高980mm, 允差±100mm;
	8	5、治疗头尺寸: 直径200mm, 高度400mm, 允差±30mm;
	9	6、支架高度调节范围: 460mm~1400mm, 允差±30mm;
	10	7、显示方式: 数码管显示;
▲	11	▲8、红外光波长范围580nm~1050nm, 允差±10%;
	12	9、红外光治疗光功率输出最大10W, 允差±2W;
	13	10、红外光光疗档位1-3档可调;
	14	11、光疗频率6档可调: on、60Hz、50Hz、25Hz、10Hz、5Hz, 其中on为常亮;
	15	12、艾灸加热温度100℃—160℃可调, 允差±10℃, 级差10℃;
	16	13、工作时间1min-99min可调, 级差1min, 允差±60s, 开机默认30min;
▲	17	▲14、艾灸装置温度保护功能: 设备具有两路独立的温度保护装置, 当达到治疗温度时, 第一路保护装置动作, 切断加热输入。当第一路保护装置失效时, 治疗温度超过60℃, 第二路保护装置动作切断加热电源;
	18	15、连续工作时间应不少于4小时;
	19	16、治疗温度不超过60℃;
	20	17、工作噪音≤60dB(A);
	21	18、具有防倾倒保护功能;
	22	19、无烟灸疗, 自动控温, 环保高效, 治疗安全;
▲	23	▲20、艾灸与红外光可同时治疗, 增强疗效;
	24	21、支臂调节方便, 艾灸治疗头三维方向可调;
	25	22、具有艾灸能量裙, 使艾灸集中于病灶, 又避免暴露隐私;
	26	23、双通道, 可同时治疗两个部位。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。

附表四：低周波治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	1、交流电压 220V±22V, 频率 50Hz±1Hz
	2	2、额定输入功率: 120VA
	3	3、规格
	4	a) 主机尺寸: 长455mm, 宽400mm, 高180mm, 允差±10%;
	5	b) 电极片尺寸: 理疗电极片: 长88mm, 宽58mm, 允差±10mm; 理疗电极片: 直径36mm, 允差±10mm。
	6	c) 电极线尺寸: 电极线线长1800mm, 允差±10%; 吸附电极线线长1800mm, 允差±10%。
	7	4、输出频率:
	8	a) 经皮神经电刺激 (TENS) 固定频率: L-1:(1Hz,2Hz,3Hz,5Hz,8Hz,10Hz)允差±1Hz; L-2:(10Hz,15Hz,20Hz,30Hz,35Hz,40Hz)允差±10%; L-3:(30Hz,40Hz,50Hz,70Hz,100Hz,110Hz)允差±10%; L-4:(40Hz,50Hz,60Hz,70Hz,80Hz,100Hz)允差±10%; L-5:(50Hz,80Hz,100Hz,120Hz,500Hz,1000Hz)允差±10%。
▲	9	▲b)经皮神经电刺激 (TENS) 自动频率: AUTO-1: 2~89Hz允差±10%; AUTO-2: 2~100Hz允差±10%; AUTO-3: 11~120Hz允差±10%; AUTO-4: 1~120Hz允差±10%; AUTO-5: 11~120Hz允差±10%。
	10	c)α-TRON频率范围: low=600Hz~1000Hz; high=430Hz~1000Hz; 允差±10%。
	11	5、输出模式: a) 经皮神经电刺激 (TENS); b) α-TRON; c) TENS+α-TRON。
	12	6、输出波形: 单向方波。
	13	7、输出强度: Vpp=58V, 允差±10%。
	14	8、输出波形调制方式: a) 持续输出; b) 同步调制, 调制频率0.3Hz, 允差±10%; c) 异步调制, 调制频率0.3Hz, 允差±10%,延迟时间1.67s, 允差±10%; ▲d) 调制波形: 单相梯形波; e) 调幅度: 调幅度范围100%-60%。
▲	15	▲9、脉冲宽度: 经皮神经电刺激 (TENS) 自动模式脉冲宽度: AUTO-1模式: 脉宽170us~640us允差±10%; AUTO-2模式: 脉宽154us~640us允差±10%; AUTO-3模式: 脉宽154us~400us允差±10%; AUTO-4模式: 脉宽140us~680us允差±10%; AUTO-5模式: 脉宽154us~400us允差±10%;
	16	10、输出峰值电流有效值: 频率≤400Hz电流极限50mA (负载电阻500Ω); 频率≤1500Hz电流极限80mA (负载电阻500Ω)。
	17	11、吸附: 最大吸附负压: -34kpa, 允差±30%;
▲	18	▲11.1、吸附模式: a) 连续吸附; b) 断续吸附: 吸附一段时间后开始释放压力, 然后进入下一个吸附周期, 吸附时间1.5s、2.0s、2.5s、3.0s、4.0s、5.0s可调, 释放时间1.3s; 允差±0.5s; c) 交替吸附: 吸附时间5s释放时间1.3s与吸附时间1s释放时间1.3s交替进行; 允差±0.5s。
	19	12、治疗时间
	20	a) TENS模式: 定时范围在1~60min可调, 级差1min, 定时器显示误差±10%。
	21	b) α-TRON模式: 定时范围在10~60min可调, 级差1min, 定时器显示误差±10%。

	22	c) TENS+α-TRON模式：定时范围在15~60min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。
说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。	

附表五：电脑中频治疗

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	采用微电脑控制，利用中频振荡发生器产生的中频信号，中频电流被低频电流调制后，其幅度和频率随着低频电流的幅度和频率的变化而变化的电流称为调制中频电流，因此调制中频电流兼有低频电与中频电两种电流各自的特点和治疗作用，作用较深，不产生电解刺激作用。
	3	二、技术参数
	4	1、规格尺寸：360×340×205mm，允差±10%
▲	5	▲2、输出通道：四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出。即1、2两通道形成一组干扰；3、4两通道形成一组干扰。
	6	3、中频频率：1kHz~10kHz，单一频率允差±10%。
	7	4、调制频率：0~150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。
	8	5、中频载波波形：双向方波。
	9	6、调制波形：正弦波、方波、三角波、指数波、锯齿波、尖波、等幅波。
	10	7、调制方式：连续、断续、间歇、变频、疏密和交替调制。
	11	8、脉宽：50μs~500μs，允差±10%。
	12	9、中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。
▲	13	▲10、干扰电性能
	14	10.1、工作频率：4kHz，允差±10%。
	15	10.2、调制频率：0.125Hz，允差±10%。
	16	10.3、差频频率范围：0~112Hz，允差±10%或±1Hz取较大值。
	17	10.4、调幅度：0%、100%，允差±5%。
	18	10.5、差频变化周期：5.5s、32s，允差±10%。
▲	19	▲11、处方：100个固定处方。
	20	12、中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不大于100mA。输出强度分0~99级可调。
	21	13、输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
	22	14、中频输出峰值电压：在开路条件下测量时，中频输出峰值电压不得超过500V。
	23	15、运行：输出设定到最大值时，将输出端开路运行10min后再短路运行5min，治疗仪应能正常工作。
	24	16、电极板温度：38℃~55℃，分6档可调，允差±3℃。

	25	17、离子导入输出直流电流：在500Ω的负载下，每路输出电流不超过50mA，分0~99级可调。
	26	18、治疗时间：治疗时间根据处方不同为20min、25min、30min、40min、45min，治疗时间到了有音响提示，并停止输出，时间允差±1min。
▲	27	▲19、四路中频加透热输出、四路离子导入直流输出、两路干扰电输出，治疗选择多样化。
▲	28	▲20、具备100个处方，便于临床使用。
▲	29	▲21、中频具备不少于六种调制波型和六种调制方式。
	30	22、液晶触摸屏调节，操作简便。
	31	23、采用调制中频电流，兼具中频和低频的特点，体感丰富。
	32	三、适应症（不限于以下适用症）
	33	对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿关节炎、擦伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用；对肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环和促进炎症消散的作用；对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍具有兴奋神经肌肉的作用。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表六：立体动态干扰电治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	通过电流强度不断发生节律性动态变化，从多个角度、方向对机体进行刺激，并使深部组织获得更加均匀的作用强度，具有镇痛、改善局部血液循环、引起肌肉神经兴奋、调节内脏器官功能、调节植物神经功能的作用。
	3	二、技术参数
	4	1、额定电压：AC 220V。
	5	2、额定频率：50Hz。
	6	3、额定输入功率：150VA。
▲	7	▲4、输出通道：三通道，支持三维（六电极）干涉波输出、二维（四电极）干涉波输出、单路（二电极）中频输出可选，任何一路都支持单维中频输出（每路单维需要二电极）。
	8	5、输出基频：2~6kHz可选；输出波形：调制正弦波。
▲	9	▲6、调制波形：单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波六种波形。
	10	7、干涉波差频频率：1~200Hz。
	11	8、治疗仪每路最大输出电流有效值：60mA，允差±10%。
	12	9、治疗仪输出电流变化率应不大于10%。
▲	13	▲10、调制方式：单双向调制可选；调制度：0/25/50/75/100%可选。

	14	11、调制频率：0~152Hz。
	15	12、电极种类：吸附电极、普通电极，吸附电极具有负压拔罐功能。
	16	13、负压装置：具有负压装置，负压调节范围：-20kPa~-40kPa可调，级差5kPa，允差±10%。
	17	14、处方模式：五种，IFC、IFCW、PMC、PMC2、可编程处方；具备干扰电疗法和调制中频电疗法。
	18	15、治疗模式：五种，低、中、高、广域、低高，根据频率划分范围，针对不同疾病选择对应的治疗模式。
▲	19	▲16、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s分十档可选，允差±10%。
	20	17、动态位移应不超过动态节律的±30%。
	21	18、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，选择15s、30s、60s时允差±10%。
	22	19、定时设置范围：1min~99min连续可调，级差1min，允差±5%。治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。
	23	20、一键飞梭旋钮，360°无死角旋转精细调节，对强度调控精细精准，旋钮自动锁定，避免使用中误操作。
	24	21、治疗结束输出强度自动归零并声音提示。
	25	22、输出电极线共有橙、黄、蓝三种颜色，以方便区分电极并减少电极线缠绕。
	26	23、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零，防止击伤患者及无效治疗。
▲	27	▲24、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护。
	28	25、多种输出模式，支持三维（六电极）干涉波输出、两维（四电极）干涉波输出、单路（二电极）中频输出可选，最多三路中频输出。
	29	26、具备六种波形和十档动态节律。
	30	27、内置4个固定处方和一个可编程处方，便于使用。
	31	28、具备多重安全保护，吸附电极脱落报警、过电流保护、过电压保护、断路保护等。
	32	29、两种电极可选，吸附电极具有负压拔罐功能。
	33	三、适应症（不限于以下适用症）
	34	该产品对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节炎、风湿性关节炎、类风湿性关节炎、擦伤、挫伤、肌纤维织炎、腰肌劳损、狭窄性腱鞘炎、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩具有消炎和镇痛作用，对肌炎、骨折延迟愈合具有改善局部血液循环和促进炎症消散的作用，对废用性肌萎缩、尿潴留、神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍具有兴奋神经肌肉的作用。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表七：体外冲击波（特色治疗室）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	一、工作原理
	2	压缩机产生的气动脉冲声波转化成精准的弹道式冲击波，通过物理学介质传导（如空气、液体等）作用于人体，产生生物学效应，是能量的突然释放而产生的高能量压力波，具有压力瞬间增高和高速传导的特性。
	3	二、技术参数
▲	4	▲1、工作压力： $1 \times 10^2 \text{kPa} \sim 5.0 \times 10^2 \text{kPa}$ （1~5.0bar），调节步进值 $0.1 \times 10^2 \text{kPa}$ ；
▲	5	▲2、最大能量密度： 5mj/mm^2 ；
	6	3、最大输出能量： $\geq 212 \text{mj}$ ；
▲	7	▲4、频率：1~22Hz，调节步进值0.5Hz；
	8	5、冲击次数100~9900次，调节步进值100次；
	9	6、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态；
	10	7、具有单次冲击模式和连续冲击模式；
	11	8、单通道冲击治疗，标配1把冲击手枪；
	12	9、冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。
	13	10、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配1个子弹和1个弹道。
	14	11、治疗头金属部分可以在高温 135°C 高温高压消毒；
	15	12、治疗探头须通过生物相容性检测；
▲	16	▲13、具有一通道按摩治疗，标配一把按摩手枪，振幅6mm，振动频率四档可调；
	17	14、具有按摩治疗头数量 ≥ 7 个，包括扳机点、肩部、腰部、臀部、脊柱等按摩头；
	18	15、机器自带高分辨率8吋智能彩色触摸屏；
	19	16、带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音；
	20	17、输出压力波脉宽最小为160us，其误差不应超出 $\pm 10\%$ ；
	21	18、过压安全装置，具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大。
	22	19、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量 ≥ 200 个；
	23	20、核心部件：原装进口气泵，动力强，静音设计；输出能量稳定；SMC电磁阀，输出稳定性高。
	24	21、台车可选配，具有储物柜，整体搭配高端大气。
	25	22、 ≥ 8 寸触摸屏显示，操作方便；冲击治疗手枪和按摩手枪可同时独立工作；治疗手枪轻巧，设计符合人体工程学，具有防滑圈和减震功能，内置空气压缩机。
	26	三、适应症（不限于以下适用症）
	27	通过治疗探头的定位和移动，可以对疼痛发生较为广泛的人体组织产生松解粘连、疏通组织的作用。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表八：激光低频交变磁场治疗机（特色治疗室）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、磁感应强度为3.6T的功能性磁刺激和激光治疗一体机；
	2	2、采用液冷散热系统，输出持久；额定输入功率：1800VA；
	3	3、≥7英寸触摸液晶屏显示，具有一键飞梭功能；
	4	4、具有激光输出口，激光波长：650nm，允差±10%；激光输出功率：5mW，允差±20%。
	5	5、输出频率为：1Hz~30Hz，步进1Hz；允差±10%。
	6	6、脉冲宽度为100μs，允差±10%。
	7	7、治疗模式分为自动模式和手动模式
	8	自动模式：自动模式下设备按预设频率及周期运行，仅可设置治疗时间和输出强度。
	9	手动模式：运行：1s~15s可调，步进1s；间歇：0s~15s可调。步进1s；
	10	8、输出线的长度：1650mm，允差±5%；
	11	9、治疗时间：
	12	磁疗时间0min~60min，步进1min，允差±10%；
	13	激光时间0min~60min，时间范围0min~1min时，步进5s；时间范围1min~60min时，步进1min，允差±10%。
	14	10、支臂：灵活调节
	15	11、治疗机主机尺寸：长535mm，宽400mm，高1100mm。允差±20%
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表九：智能疼痛治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	智能疼痛治疗仪采用微电脑控制，将电能转化为光能，主要用于人体体表照射，适用于软组织疼痛的辅助治疗。利用光作用于人体疼痛部位，可深入组织内部，并使组织有良好的光能量吸收，对机体产生刺激调节作用，促进细胞再生，改善血液和淋巴系统循环，消炎止痛，减轻水肿，消除局部代谢物质，调节机体免疫功能，达到松弛肌肉，缓解或止痛的目的。
	3	二、技术参数
	4	1、额定输入功率：170VA。
▲	5	▲2、两路输出：一路点状输出，一路球状输出。
	6	3、治疗仪辐射器尺寸：
	7	a) 点状辐射器长160mm，允差±5mm，外径30mm，允差±2mm；
	8	b) 点状辐射器连接线长1080mm，允差±10%。
	9	c) 球状辐射器口直径为165mm，允差±5%。
	10	4、治疗仪输出光波长
	11	a) 点状辐射器输出光波长810nm，允差±5%；

	12	b) 球状辐射器输出光波长范围690nm~940nm, 允差±5%。
▲	13	▲5、治疗仪输出光功率: 允差±20%。
	14	a) 球状辐射器波长为690nm~940nm的输出功率为3~25档可调, 级差1档。
	15	b) 点状辐射器波长为810nm的输出功率设定范围为0~500mW连续可调, 单按按键级差1mW, 长按按键级差10mW。
	16	6、治疗仪上有输出光功率显示计(球状辐射器除外), 显示值与实际输出功率允差±20%。
	17	7、治疗仪上有定时控制装置, 定时范围在0~99min可调, 级差1min, 定时器显示误差±10%。
	18	8、输出光功率不稳定性±5%。
	19	9、液晶显示参数一目了然, 集球状与点状输出于一体, 使用更方便;
	20	10、优选特定波长光谱, 生物效应显著, 确保临床治疗有效性;
	21	11、点状辐射器和球状辐射器一体设计, 使治疗时更加贴近临床部位照射, 治疗时达到点面结合, 深浅组合;
	22	12、多节活动支臂, 使治疗头更灵活, 使用更方便;
	23	13、治疗仪配有钥匙开关, 顺时针方向旋转启动治疗仪;
▲	24	▲14、治疗仪配有紧急激光终止器, 当需要立即停止激光输出时, 可以马上按下终止器按钮, 就可终止激光输出;
	25	15、优选特定波长光谱, 生物效应显著, 通过档位选择照射深度和强度, 确保临床治疗有效性。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。

附表一十: 极超短波治疗机

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	生物体在微波的作用下，其体内带电粒子与极化分子剧烈运动而相互摩擦产生热效应，使局部组织血管扩张，血循环加速，组织代谢加快，血细胞吞噬作用加强，促进病理代谢产物的吸收，从而达到治疗目的。
	3	二、技术参数
	4	1、输入功率：1400VA。
	5	2、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。
	6	3、工作频率：2450MHz±50MHz。
	7	4、长方形辐射器尺寸：长(430mm)×宽(120mm)×高(80mm)，允差±10%。
	8	5、圆形辐射器尺寸：直径170mm，允差±10%。
	9	6、治疗头可更换，方便患者进行选配。
	10	7、治疗时间：1~30min。
	11	8、输出方式：连续式和脉冲式。
	12	9、最大输出强度：150W，级差10W。
	13	10、具有电容触控操作平台。
	14	11、增加预热功能保证整机系统的稳定性。
	15	12、输出过载保护、超温报警，治疗更加安全。
	16	13、输出通道：两路可独立控制，功率分别设定同时治疗两位患者。
	17	14、治疗头可更换。
	18	15、进口磁控管工作性能稳定、使用寿命长。
	19	16、高品质射频输出线缆。
	20	17、精准控制电路
	21	a) GD32最小单元系统,运行速度快。
	22	b) 控制电路具有过压、过流保护。
	23	c) 具有空载保护功能。
	24	d) 预加热保护功能电疗。
	25	e) 温度反馈检测机制。
	26	三、适应症（不限于以下适用症）
	27	适用于软组织疼痛的辅助治疗。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十一：经皮神经电刺激仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	通过皮肤电极，将特定的低频脉冲电流作用于人体，对疼痛为主的疾病进行治疗。
	3	二、技术参数
	4	1、显示方式： ≥ 12 寸触摸液晶屏；
	5	2、尺寸规格： $520 \times 470 \times 1000\text{mm}$ ，允差 $\pm 10\%$ 。
	6	3、输出通道：六路矩形波脉冲输出，带负压吸附；
▲	7	▲4、脉冲频率： $1\text{Hz} \sim 160\text{Hz}$ 范围内，步进为 1Hz ，允差 $\pm 20\%$ 。
	8	5、脉冲宽度： $20\mu\text{s} \sim 520\mu\text{s}$ 范围内，步进为 $10\mu\text{s}$ ，允差 $\pm 20\%$ 。
	9	6、输出幅度：刺激仪在 500Ω 的负载电阻下，输出幅度不大于 65V ；
▲	10	▲7、治疗时间： $0 \sim 99\text{min}$ 可调，允差 $\pm 10\%$ 。治疗时间结束，有蜂鸣器提示声，并停止输出。
	11	8、治疗方式有三种：
	12	a) 连续输出；
	13	b) 慢速断续输出，断续周期为 $4\text{s} \pm 0.5\text{s}$ （通 2s ，断 2s ）；
	14	c) 快速断续输出，断续周期为 $2\text{s} \pm 0.2\text{s}$ （通 1s ，断 1s ）。
	15	9、具有负压装置，吸附负压调节范围： $0 \sim -40\text{kPa}$ 可调，步进 -10kPa ，允差 $\pm 10\%$ 。
	16	10、调节的量化更加容易控制；
	17	11、每路参数独立可调，可满足不同病人对治疗参数的个性化设置的需求；
	18	12、每路通道吸附压力可单独控制启停；
	19	13、具有液位检测报警功能；
	20	14、吸附海绵预加热功能，使用更舒适；
▲	21	▲15、开/短路保护功能：输出通道发生开路或者短路，对应通道有声光提示并停止输出，对患者和操作者起到保护作用，同时对问题排查更加直接，节省操作者问题排查时间。
	22	三、适应症（不限于以下适用症）
	23	适用于颈椎病引起的疼痛的辅助治疗。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十二：神经肌肉低频电刺激仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	一种利用特定的低频脉冲电流作用于人体进行治疗的刺激仪，通过刺激失神经支配的肌肉，降低肌肉纤维变性，减缓肌肉失神经支配性萎缩，促进血流并保持肌肉营养，促使失神经肌肉和重新接受神经支配的肌肉纤维肥大强化，较快提高肌肉张力。
	3	二、技术参数
	4	1、额定电压：AC 220V。
	5	2、额定频率：50Hz。
	6	3、额定输入功率：300VA。
	7	4、规格尺寸：520×450×1000mm，允差±10%。
	8	5、输出通道：四通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。
	9	6、输出波形：双向不对称方波。
	10	7、输出开路电压：输出峰值电压不大于500V。
	11	8、单个脉冲能量：不超过300mj。
	12	9、脉冲频率：输出脉冲频率范围为1Hz~300Hz可调，允差±15%。
	13	10、脉冲宽度：设置101Hz~300Hz时输出脉冲宽度为0.08ms，允差±20%；在其他的设置频率时输出脉冲宽度为0.20ms，允差±20%。
	14	11、输出幅值：刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V(峰值电流≤100mA)，允差±15%。
	15	12、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min分六档可调，每档时间允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。
▲	16	▲13、具有负压装置：吸附负压范围0~-40kPa可调，步进-10kPa，允差±10%。
▲	17	▲14、输出模式：
	18	a) 6个自动程序；
	19	b) 有5个部位，每个部位对应5个模式；
	20	c) 3个固定频率模式。
▲	21	▲15、具有液位检测报警功能；
▲	22	▲16、吸附海绵预加热功能，使用更舒适。
	23	三、适应症（不限于以下适用症）
	24	适用于脑血管意外后遗症出现的偏瘫患者的辅助治疗。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十三：低频脉冲痉挛肌治疗仪

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、工作原理
	2	肌□痉挛是□种因牵张反射兴奋性增□所致的以速度依赖性肌□张□增□为特征的运动障碍，且伴有健反射的亢进。脑瘫、脑卒中、颅脑外伤、脊髓损伤、神经元退□性疾病和多发性硬化等神经康复领域的常见病，都会伴有痉挛问题。
	3	二、技术参数
	4	1、显示方式：≥12寸触摸液晶屏。
	5	2、输出波形：矩形波。
	6	3、输出通道：两组四路脉冲输出。
▲	7	▲4、输出脉冲周期：0.2s~2s可调，级差0.1s，允差±20%。
	8	5、输出脉冲宽度：0.1ms~2.0ms可调，级差0.1ms，允差±30%。
	9	6、治疗仪在500Ω的负载电阻下，输出幅度不大于65V。
	10	7、延时时间：一组输出的第二路输出比第一路输出延时时间为0.1s~1.5s可调，级差0.1s，允差±20%。
	11	8、治疗定时：0~99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。
▲	12	▲9、有20个默认处方和20个自定义处方可供选择。
	13	10、具有负压装置，吸附负压调节范围：0~-40kPa可调，步进-10kPa，允差±10%。
	14	11、参数调节的量化更加容易控制；
	15	12、每路参数独立可调，可满足不同病人对治疗参数的个性化设置的需求；
▲	16	▲13、具有液位检测报警功能；
▲	17	▲14、吸附海绵预热加热功能，使用更舒适；
▲	18	▲15、开/短路保护功能：输出通道发生开路或者短路，对应通道有声光提示并停止输出，对患者和操作者起到保护作用，同时对问题排查更加直接，节省操作者问题排查时间。
	19	16、设置参数存储功能，处方直接调用。
	20	三、适应症（不限于以下适用症）
	21	适用于中风后遗症出现肌肉痉挛患者的辅助治疗。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十四：四肢联动+情景互动

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	一、技术参数
	2	1、外形尺寸：1655×750×1200mm，允差±5%。
▲	3	▲2、供电方式：内部、外部电源供电两种可自由转换。
	4	2.1、内部电源：干电池d.c.6V；

	5	2.2、外部电源：适配器输入：a.c.220V，50Hz；输出：d.c.6V，1A。
	6	3、最大承重：200kg。
	7	4、操作显示：≥7寸液晶触摸显示屏。
	8	A、显示内容：时间、功率、步频、新陈代谢率、步数、卡路里、阻力等级。
	9	B、步频范围：0~250步/分。
	10	C、功率范围：0~800瓦特。
	11	D、累积计步：9999步。
	12	E、阻力调节：10级阻力。
	13	F、卡路里消耗：0~999卡。
▲	14	▲5、座椅、把手可调节：
	15	A、座椅由前向后调节范围：0~325mm，允差±5%；手动调节，14个锁定位置，相邻两位置之间间隔25mm，允差±1mm；向后移动时，座椅高度会自动向上升高：0~40mm，允差±5%。
	16	B、把手长度调节范围：0~400mm，允差±5%。
	17	C、座椅可向左右旋转90°，旋转至90°时自动锁定，允差±2°。
	18	D、人体工程学靠椅设计，两侧扶手可折叠，方便病人转移。
	19	E、运动角度：31°，允差±5°。
	20	6、阻力训练仪：永久性的磁性涡电流阻力训练仪，阻力：0~20N·m，允差±10%，10档可调，步进2Nm。
	21	7、训练仪工作噪音≤60dB(A)。
	22	二、显示器和游戏情景反馈：
	23	1、显示界面：计算机虚拟环境≥55吋液晶显示屏。
	24	2、电脑主机配置：
	25	操作系统：Windows10；
	26	CPU型号：Intel酷睿i5 12500；
	27	内存容量：8G；
	28	硬盘容量：SSD 256G；
	29	3、软件系统：智能识别连接、患者个人数据库、全程自动记录信息训练。
	30	4、训练模式：游戏、视觉、语音智能反馈、储存数据信息、打印报表等。
	31	5、游戏数量：11种，包含吹气球、拯救小鸭、砸金蛋、畅游天际、漫游阳澄湖、守护阳光、步行训练、耐力训练、丛林历险、大战僵尸、勇闯八关。
	32	6、存档记录：所有登陆系统的用户，系统都会为其建档，用户的历史纪录会被统计和收录在系统中，方便医生诊断和指导患者进行康复锻炼。
	33	7、打印功能：支持。
	34	三、适应症（不限于以下适用症）
	35	1、可满足早期患者上肢不同关节活动范围的屈伸训练；
	36	2、早期的协调性的运动可增强躯干早期平衡的控制能力，为偏瘫和截瘫病人提供了早期的有氧训练；

	37	3、可通过髌膝关节腿部支撑系统带动零肌力患侧在下肢屈伸运动伸直位时，防止膝过伸的发生和避免了下肢不稳定的偏斜；
	38	4、心脏康复（提高心脏病患者体力活动能力和功能水平，改善心肌氧供，减少心绞痛发作）。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十五：康复床

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、电源：a.c.220V±22V，频率：50Hz±1Hz。
	2	2、功率：210VA。
	3	3、控制方式：手柄控制、RF遥控控制及微电脑控制三种方式，更加方便临床操作。
	4	4、音乐播放：MP3音乐可随意播放。
▲	5	▲5、床面离地高度：520~830mm可调，允差±50mm。
	6	6、外形尺寸：2130×990×910mm，允差±50mm。
	7	7、遥控有效距离：3m。
	8	8、起立角度：0°~90°连续可调，允差±5°。
	9	9、脚踏板上下调整角度：背屈0°~20°，跖屈0°~30°，允差±3°。
	10	10、脚踏板内外调整角度：内翻0°~30°，外翻0°~30°，允差±3°。
▲	11	▲11、预置治疗时间：0~60min，允差±10s，步进1min。
▲	12	▲12、断续起立：起立时间0~9s可调，级差1s，间歇设定0~90s可调，级差10s，允差±10%，起立至90°时停止起立动作。
▲	13	▲13、热疗：温度不超过50℃，热疗温度工作时间20min。
▲	14	▲14、自动保护：当温度达到50℃时，第一层保护启动，停止加热，当温度下降至正常工作温度范围内，再次启动加热功能。如果第一路保护装置失效，加热垫表面最高温度继续升高到60℃时，第二路保护装置动作，并切断电源。
▲	15	▲15、处方存储：20个，可按编号查找处方，方便治疗。
	16	16、控制驱动系统用电机运行实行电动控制。
	17	17、配备脚踏与手持开关，方便对床面进行升降控制。
	18	18、床面采用医疗专用皮革环保防潮、防菌、防火材料。
	19	19、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。
	20	20、扶手桌面：可上下前后调节，方便患者使用。
▲	21	▲21、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升，四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十六：医疗诊疗床

参数性质	序号	具体技术(参数)要求						
	1	一、治疗原理						
	2	医用诊疗床是一种治疗用床，训练者躺在床上（或结合其他活动器材），康复师可对训练者作各种方式训练的器械。						
	3	二、技术参数						
	4	1、产品表面及手指可触及的隐蔽处，无锐利的棱角、毛刺，无针孔、起泡、起皮、脱落和明显划伤。						
	5	2、医用诊疗床床垫外形饱满圆滑，缝合线迹上下吻合，线路顺直、整齐、平服、牢固、针距一致。						
	6	3、滚口粗细均匀，缝合弧形流畅，叉角虎口平服。 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>参数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外形尺寸(长×宽×高)（单位：m m；允许误差：±50mm）</td> <td>1910×1240×490</td> </tr> <tr> <td>额定负载KG</td> <td>135</td> </tr> </tbody> </table>	名称	参数	外形尺寸(长×宽×高)（单位：m m；允许误差：±50mm）	1910×1240×490	额定负载KG	135
名称	参数							
外形尺寸(长×宽×高)（单位：m m；允许误差：±50mm）	1910×1240×490							
额定负载KG	135							
	7	4、采用皮革，耐用。						
	8	5、治疗师对患者进行各种手法治疗时，可以按照需求灵活调整体位。						
	9	6、产品尺寸可定制。						
	10	四、产品适应症（不限于以下适用症）						
	11	用于诊疗室、急救室医务人员实施检查、简单治疗等医疗过程中患者多体位支撑与操作。						
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。						

附表一十七：医用诊疗椅

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、长600mm×宽600mm×高420mm~560mm可调。
	2	2、椅面载荷：静载荷≥135kG。
	3	3、治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。
说明		打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

附表一十八：OT综合训练平台

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格(mm): 1930×1065×940, 允差±10%。
	2	2、左右操作面板: 500×390 (长×宽) mm, 允差±10%。
	3	3、后操作面板: 980×390 (长×宽) mm, 允差±10%。
	4	4、操作面板调节范围: 0~350mm。
	5	5、用途: 改善手指对指功能, 提高眼手协调功能, 训练患者感知能力及大脑对图形的识别能力, 并能训练上肢稳定性、协调性, 提高上肢日常活动能力。
	6	6、组件: 上肢协调功能训练器(手指)、分指板、分指板(弧形)、铁棍插板、木插板、套圈(立式)、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。

附表一十九: 手功能组合训练箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	1、规格(mm):550mm×400mm×140mm, 允差±10%。
	2	2、木插棍外形尺寸及数量:
	3	大Φ29, 4根中 Φ24, 5根小 Φ19,5根。
	4	3、铁插棍外形尺寸(mm)及数量:
	5	大: Φ8*60 中: Φ6*60 小: Φ4*60, 各21个。
	6	4、螺栓外形尺寸及数量: M10×50 (3只)、M8×50 (2只)、M6×50 (3只)。
	7	5、螺母外形尺寸及数量: M10 (3只)、M8 (3只)、M6 (3只)。
	8	6、用途: 组合训练患者眼一手协调功能, 改善手指功能, 提高手协调性、灵活性。
说明		打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。

第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广东达禾工程管理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指化州市那务卫生院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开标方式	远程电子开标
3	评标方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评标办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	投标有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	投标保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>投标保证金有效期:与投标有效期一致。</p> <p>投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。</p>
10	投标文件要求	<p>一、电子投标文件（必须提供）：</p> <p>（1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。</p> <p>（2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘) 0 份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。</p> <p>非加密电子版投标文件使用情形：当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。</p> <p>二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：（3）纸质投标文件正本1份，纸质投标文件副本2份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。纸质投标文件使用情形：当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。</p> <p>在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。</p>
11	中标候选供应商推荐家数	采购包1： 3家
12	中标供应商数量	采购包1： 1家

13	有效供应商家数	采购包1: 3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数, 当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。
14	项目兼投兼中(兼投不兼中)规则	无: -
15	中标供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标(成交)人。
16	代理服务费	收取。 采购机构代理服务收费标准: 定额收取人民币叁万壹仟贰佰玖拾玖元整(¥31,299.00)
17	代理服务费收取方式	向中标/成交供应商收取
18	其他	其他说明, 纸质投标(响应)文件递交要求, 请于开标截止时间前将纸质投标(响应)文件正副本密封包装提交到招标代理机构处, 现场递交地址: 广东省茂名市光华南路118号润威商厦6楼602开标室; 邮寄收件信息: 广东省茂名市光华南路118号润威商厦6楼602, 许小姐(收), 0668-2998639。投标人如选择邮寄, 请合理安排邮寄时间, 并及时将快递单号发送至招标代理机构邮箱: gddhzb@163.com, 纸质投标(响应)文件在邮寄途中发生寄错地址、丢失或邮寄过程导致包装密封出现破损等, 由投标人自行承担相应责任与后果。本次评审以电子版投标(响应)文件为准, 纸质版投标(响应)文件仅用于存档。
19	开标解密时长	30分钟 说明: 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1: 非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容(包括变更、补充、澄清以及修改等, 且均为招标文件的组成部分), 按照招标文件要求以及格式编制投标文件, 并保证其真实性, 否则一切后果自负。

本次公开招标项目, 是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品, 供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品, 如供应商所投产品为进口产品, 其响应将被认定为响应无效。

4.投标的费用

不论投标结果如何, 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式投标的, 应符合以下规定:

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件, 并在投标文件中提供联合体各方的相

关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5 联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

五、投标要求

1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取

相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2 投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1) 投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2) 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4 投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 投标文件的提交

3.1 在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

(1) 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

(2) 投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

(3) 投标文件损坏或格式不正确的。

4. 投标文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

5. 投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部

分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东达禾工程管理有限公司代收。具体操作要求详见广东达禾工程管理有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东达禾工程管理有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东达禾工程管理有限公司，到账情况以开标时广东达禾工程管理有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 投标保证金的退还：

- (1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。
- (3) 中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；
- (3) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (4) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2 投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

- 9.1 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

- 9.2不符合招标文件中规定的资格要求；
- 9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

六、开标、评标和定标

1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4 开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；
- （3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

2.评审（详见第四章）

3.定标

3.1 中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，

《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
- (2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：詹先生

电话：0668-2998639

传真：/

邮箱：gddhzb@163.com

地址：茂名市光华南路118号润威商厦6楼602

邮编：525000

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：化州市财政局政府采购监管股

地址：化州市财政局政府采购监管股

电话：0668-7230839

邮编：525100

传真：/

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评标

一、评标要求

1.评标方法

采购包1(化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准): 综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。(最低报价不是中标的唯一依据。)

2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的,不得评标。

3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为5人及以上单数,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律:

(1) 评标情况不得私自外泄,有关信息由广东达禾工程管理有限公司统一对外发布。

(2) 对广东达禾工程管理有限公司或投标人提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。

(3) 不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系,则应主动声明并回避。

(4) 全体评委应按照招标文件规定进行评标,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

(5) 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委,将取消其评委资格,对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

4.5不同投标人的投标文件相互混装;

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出;

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明:在评标过程中发现投标人有上述情形的,评标委员会应当认定其投标无效。同时,项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行排序,确定中标供应商或者推荐中标候选人。

7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

(5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	货物由小微企业制造	10%	货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。
2	节能、环保产品	---	2%	对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

(1) 所称小型和微型企业应当符合以下条件:

在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的小微企业划分标准确定的小微企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户, 在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业(属于小微企业)制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业(属于小微企业)承接的服务。

(2) 符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》; 监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件; 残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》, 否则不认定价格扣除。

说明: 投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责, 投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标。

(3) 投标(响应) 供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况: 包括联合体各方均为小型、微型企业的, 及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动, 且共同投标协议书中约定, 小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

三、评审程序

1. 资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后, 采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查, 以确定投标人是否具备投标资格。(详见后附表一资格性审查表)

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定, 从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查, 以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。(详见后附表二符合性审查表)

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的, 评审结果为未通过, 未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中, 对初步被认定为无效投标者, 由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的, 应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明, 必要时提交相关证明材料; 投标人不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的, 不得评标。

表一资格性审查表:

采购包1(化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准):

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）。
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供《茂名市政府采购供应商资格信用承诺函》。（格式详见公告附件）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库（2022）3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。
6	信用记录	投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。
8	特定资质	投标人如供应商为生产企业，所投产品为第二、三类医疗器械，提供《医疗器械生产许可证》；如供应商为代理经销商，所投产品为第二类医疗器械，提供《第二类医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》或承诺在合同签订前取得第二类医疗器械经营备案凭证的承诺函；如供应商为代理经销商，所投产品为第三类医疗器械，提供《医疗器械经营许可证》。（提供证书复印件或承诺函原件等证明材料）
9	其他说明	本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。
10	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

表二符合性审查表：

采购包1（化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准）：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	有效期	投标有效期满足招标文件要求。
2	法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（注：法定代表人投标的只须提供法定代表人证明书）	按对应格式文件签署、盖章。
3	式样与签章要求	投标文件符合招标文件的式样、签署和盖章要求。
4	投标报价	投标报价未超出采购预算或最高限价，不存在报价明显不合理而投标人不能合理说明的情况。
5	其他要求	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的内容和条款。

2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

3.详细评审

采购包1(化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准):

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分25.0分 技术部分45.0分 报价得分30.0分	
技术部分	“▲”技术参数响应程度 (15.0分)	完全响应或正偏离的，得15分；每偏离1-5项的，得10分；每偏离6-10项的，得5分；每偏离11项或以上的，得0分。
	非“▲”技术参数响应程度 (5.0分)	完全响应或正偏离的，得5分；每偏离1-5项的，得3分；每偏离6-10项的，得1分；每偏离11项或以上的，得0分。
	实施计划 (25.0分)	根据投标人针对本项目制定的实施计划（包含免费维护期内服务内容，安装与调试方案、培训方案）进行评分：1、能提供实施计划的，得5分，不提供不得分；2、根据采购需求中的免费维护期，投标人提供免费维护期内服务内容，优于采购需求的，得5分；能满足采购需求的，得3分；不能满足采购需求的，得0分；3、根据采购需求中的安装与调试，投标人提供安装与调试方案，优于采购需求的，得10分；能满足采购需求的，得6分；不完全满足采购需求的，得2分；不提供得0分。4、根据采购需求中的培训要求，投标人提供培训方案，优于采购需求的，得5分；能满足采购需求的，得3分；不能满足采购需求的，得0分。
商务部分	投标产品授权(核心产品) (5.0分)	投标人能提供本项目核心产品的制造商授权书[生产企业或其授权的经销商(代理商)出具的有效授权证明(如投标人为产品生产厂家则视为已获得授权)]，产品各级授权完整得5分，否则得0分
	售后服务方案 (20.0分)，（等次分值选择：0.0; 6.0; 13.0; 20.0;）	根据投标人针对本项目制定免费维护期的售后服务方案（包括但不限于售后服务的原则、维修范围、维修方案价及售后服务人员安排）进行评分：1、服务方案具体详细、有可行性，完全满足且优于项目需求，得20分；2、服务方案完整、合理，可行性一般，满足项目需求的，得13分；3、服务方案内容简单但可行，不完全满足项目需求的，得6分；4、不提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (30.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

4.汇总、排序

采购包1:

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在_____内付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的____%。
2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的____%，同时无息退还乙方的合同履约保证金。
3. 从验收合格之日起，正常使用____个月后，支付合同总价的____%。
4. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所

有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
 2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
 3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
 4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：
-
5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式__份。

甲方（盖章）：

代表：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签订日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6.按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

投标文件封面

(项目名称)

投标文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**440982-2024-00239**

采购项目编号：**GDDHQB20240001**

所投采购包：第 包

(投标人名称)

年 月 日

投标文件目录

- 一、投标函
- 二、开标一览表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、投标保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同投标协议书
- 十五、投标人业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件
- 二十五、政府采购履约担保函、采购合同履行保险凭证

格式一：

投标函

致：广东达禾工程管理有限公司

你方组织的“化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准”项目的招标[采购项目编号为：GDDHZB20240001]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址：_____ 邮政编码：_____

电话：_____

传真：_____ 电子邮箱：_____

代表姓名：_____ 职务：_____

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式二：

开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	投标报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

投标人签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式五：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

投标人名称（盖章）： _____

地址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职务： _____

日期： 年 月 日

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：广东达禾工程管理有限公司

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准”项目采购[采购项目编号为GDDHZB20240001]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：_____

地址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职务：_____

日期： 年 月 日

格式七:

投标保证金

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：化州市那务卫生院

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（二）三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

- 1.
- 2.
- 3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式____份，随投标文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

投标人业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	采购文件规定的技术和服务要求	投标文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	采购文件规定的商务条件	投标文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5. “备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。

格式二十：

采购代理服务费支付承诺书

致：广东达禾工程管理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准招标中获中标（采购项目编号：GDDHZB20240001），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东达禾工程管理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：_____

投标人法定地址：_____

投标人授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	投标人需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

询问函

广东达禾工程管理有限公司

我单位已登记并准备参与“化州市那务卫生院提升中医服务能力提升建设标准”项目（采购项目编号：GDDHQB20240001）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
 - （1）_____（问题或条款内容）
 - （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
 - （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：_____

地址/邮编：_____

电话/传真：_____

日期： 年 月 日

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

采购文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2：_____

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告:是/否 公告期限：_____

采购结果公告:是/否 公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向提出质疑, 质疑事项为：_____

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2：_____

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：____年____月____日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权

委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____

联系电话：_____

格式二十五：

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在_____项目（项目编号为_____以下简称“项目”）的采购中，确定_____为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为_____（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期限内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额：

（一）索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章；

（二）索赔通知文件必须同时附有：

1. 一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方；
2. 证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

（三）索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

_____。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第（一）种方式解决：

（一）向我方所在地的人民法院起诉。

（二）提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款：

1. 本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2. 所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：_____（盖章）

联系地址：_____

联系电话：_____

开立日期：___年___月___日

采购合同履行保险凭证

致被保险人_____：

鉴于你方_____（招标方/被保险人）接受投保人_____（投标方）参加_____（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履行保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履行保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币（¥：元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年__月__日__时起至____年__月__日__时止，共计__天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_____》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：_____（盖章）

地址：_____

电话：_____

开立日期：____年__月__日